

【売払い機器の概要】

整理番号4

| 項目 | 内容 |
|------------|---|
| 1. 名称 | レーザー回折粒度分布測定装置 |
| 2. メーカー | (株)島津製作所 |
| 3. 型式 | SALD-1100 |
| 4. 購入年月 | 昭和63年11月 |
| 5. 本体外形寸法 | 幅 1.0 m×奥行 0.5 m×高さ 0.5 m |
| 6. 重量 | 約 20 KG |
| 7. 機器の内訳 | 本体 付属品 ポンプ スターラー(故障中) |
| 8. 機器の状態 | 以下の不具合を確認しています。 ①経年劣化のため、動作が不安定になっており、画面が映らないことや、データ印刷時に一部のデータが消えるなどの不具合が不定期に発生しています。 ②攪拌用のスターラーが破損しています。現状では市販のスターラーを使用しています。 |
| 9. 取扱説明書 | 付属しています・ 付属していません |
| 10. 搬出上の注意 | 一人で搬出可能です。 |
| 12. 搬出期限 | 平成30年1月31日(水)17時までに、機器の引取りを完了して下さい。 |
| 13. その他条件等 | ①搬出作業は、買受人の負担により実施して下さい。 ②装置取り外し後の部屋の復旧は基本的に求めません。ただし、引き取りに伴い施設を破壊した場合は、破損箇所の修復を購入者の負担により実施して頂きます。 ③売払い機器の動作については、当センターとしては一切保証致しません。現状引き渡しとなりますので、今後の動作保証も一切致しません。また、当センターは、購入後の修理の可能性や修理後に発生した故障をはじめ、本機器に関する一切の責任について、これを負いません。 |

14. 機器の写真

本 体



付属品 (ポンプ及びスターラー)

