

番号	部位、部品等の名称	質問事項	回答
2	本体制御用PC (1)OS	仕様書で求められている仕様は「Windows11 Pro 64bit」ですが、手配する品は「Windows 11 lot Enterprise LTSC 2024(64bit)」です。	手配品で問題ありません。
2	本体制御用PC (4)ストレージ	仕様書で求められている仕様は「SSD…総計で2TB以上のM.2 SSDであること。」ですが、手配する品は「M.2 SSD:1TB、SATA SSD:1TB」です。	仕様書のとおりです。
2	本体制御用PC (10)本体動作制御ソフトウェア	仕様書で求められている仕様は「CTスキャン演算処理：積分処理、連続取込み処理等のCTスキャン時の演算処理が可能なこと。」ですが、詳細仕様を教えてください。	積分処理：フィルタ補正逆投影法(FBP法)又は逐次近似画像再構成法(IR法)によるCT再構成ができること 連続取込み処理：CTスキャンで得られるデータを自動で取り込み、再構成すること
3	データ処理用PC (1)OS	仕様書で求められている仕様は「Windows11 Pro 64bit」ですが、手配する品は「Windows 11 lot Enterprise LTSC 2024(64bit)」です。	手配品で問題ありません。
3	データ処理用PC (4)ストレージ	仕様書で求められている仕様は「SSD…総計で2TB以上のM.2 SSDであること。」ですが、手配する品は「M.2 SSD:1TB、SATA SSD:1TB」です。	仕様書のとおりです。
3	データ処理用PC (6)ディスプレイ	仕様書で求められている仕様は「27インチ以上×2台」ですが、手配する品は「27インチ×1台」です。	仕様書のとおりです。